

**Wykonawcy
wszyscy**

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW.AG.3231/35/2008 na dostawę filtrów strzykawkowych i strzykawek do filtrów; probówek i statywów do probówek; płytek Petriego sterylnych 140 mm x 14,5-17 mm dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie: Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania filtry o średnicy 25 mm? Produkowane są filtry 25 mm a nie 26 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie filtrów o średnicy 25 mm.

Pytanie: Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycja 2 – Produkowane są filtry celulozowe: octan celulozy-cellulose acetale sterylne i filtry celulozowe – mix cellulose esters, które nie są sterylne tylko pakowane w opakowanie ultra czyste. Które filtry mają być ujęte w ofercie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie filtrów celulozowych - mix cellulose esters.

Pytanie: Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycja 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie filtrów w opakowaniu zbiorczym ultra czystym? Filtry strzykawkowe PVDF nie są dostępne w formie sterylnej (każdy filtr pakowany osobno) tylko w opakowaniu zbiorczym ultra czystym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie filtrów w opakowaniu zbiorczym ultra czystym.

Pytanie: Pakiet 1 poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtrów o średnicy 25 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie filtrów o średnicy 25 mm.

Pytanie: Pakiet 1 poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtrów o średnicy porów 0,2 µm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie filtrów o średnicy porów 0,2 µm.